

ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง

เวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ

โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย

๑. ความเป็นมา

โรงพยาบาลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด ๑๒๐ เตียง เปิดให้บริการจริง ๑๕๒ เตียง ตั้งอยู่เลขที่ ๒๗๔ หมู่ ๕ ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้เปิดดำเนินการดูแลสุขภาพ โดยการจัดให้มีระบบบริการสุขภาพที่ครอบคลุม ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ ในเขตอำเภอแม่จัน-อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอใกล้เคียง ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๐ โดยเริ่มเป็นสถานีนอนามัยชั้น ๑ ปี พ.ศ.๒๕๑๙ ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด ๑๐ เตียง ปี พ.ศ.๒๕๒๕ ขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด ๓๐ เตียง ปี พ.ศ.๒๕๓๖ ขยายเป็นโรงพยาบาล ๖๐ เตียง ปี พ.ศ.๒๕๓๗ ขยายเป็นโรงพยาบาล ๙๐ เตียง และในปี พ.ศ.๒๕๕๓ ขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด ๑๒๐ เตียง มีการปกครองเป็นเทศบาลตำบล จำนวน ๕ แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบลอีก ๑๓ แห่ง ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ๑ แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๑๗ แห่ง ปัจจุบันโรงพยาบาลแม่จัน เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ ระดับ M๒ มีแผนเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายอัจฉริยะ ที่มีคุณภาพ องค์การมีสุขภาพะ ในปี ๒๕๗๐

ดังนั้น โรงพยาบาลแม่จัน จึงได้จัดทำแผนจัดซื้อชื่อเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อจัดซื้อวัสดุเข้าคลังวัสดุการแพทย์

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อวัสดุเข้าคลังวัสดุการแพทย์ ให้เพียงพอต่อการเบิกจ่ายให้แก่หน่วยงานภายในโรงพยาบาลแม่จัน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่าย ใช้ในการให้บริการผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการในสถานพยาบาลให้มีความปลอดภัย ตามมาตรฐานการให้บริการการรักษาพยาบาล และเกิดประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาล ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลแม่จัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขาย/รับจ้าง ดังกล่าว

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกลิทธิหรือความคุ้มครอง ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มครองเช่นว่านั้น

- ๓.๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ ห้ามทำ สัญญาตามที่คณะกรรมการฯกำหนด
- ๓.๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- ๓.๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ของ กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	คุณลักษณะ
๑.	G-๖-PD Fluorescens	๑	Set	<p>๑. เป็นชุดนํ้ายาตรวจหาภาวะพร่องเอนไซม์ Glucose-๖-Phosphate Dehydrogenase ในเลือดผู้ป่วย</p> <p>๒. ใช้หลักการ UV Visual Test เลือดที่มีเอนไซม์ Glucose-๖-Phosphate Dehydrogenase จะเรืองแสงอุลตราไวโอเลต</p> <p>๓. เป็นการตรวจคัดกรอง สามารถอ่านผลได้ภายใน ๑ ชั่วโมง</p> <p>๔. ชุดตรวจ ๑ ชุด สามารถตรวจได้ ๑๐๐ ราย</p> <p>๕. ภายใน ๑ ชุด ประกอบด้วย</p> <p>๕.๑ Substrate Reagent จำนวน ๔ x ๒.๕ ml</p> <p>๕.๒ Dilution Buffer จำนวน ๔ x ๒.๕ ml</p> <p>๕.๓ Negative Control จำนวน ๑ x ๑ ml</p> <p>๕.๔ Positive Control จำนวน ๑ x ๑ ml</p> <p>๕.๕ G-๖-PD Paper จำนวน ๕ x ๒๐ Circles</p> <p>๖. ระบุวันหมดอายุ Lot. No. ที่กล่องผลิตภัณฑ์</p> <p>๗. ระบุชนิดการทดสอบบนกล่องบรรจุภัณฑ์</p> <p>๘. มีเอกสารกำกับวิธีการใช้แนบมาพร้อมชุดทดสอบ</p> <p>๙. ผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO๑๓๔๘๕</p> <p>๑๐. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี</p>
๒	Vacuum PPT tube ๕ml	๕	pack	<p>๑. เป็นหลอดพลาสติกสุญญากาศใส สะอาด ปราศจากเชื้อ (Sterile) แข็ง ทนทาน ต่อการกระแทก มีขนาดมาตรฐาน ๑๓ x ๑๐๐ มม. สามารถเก็บเลือดได้ปริมาตร ๕ ml</p> <p>๒. สีจุกเป็นสีมาตรฐานสากล คือ สีม่วง ภายในบรรจุ</p>

				<p>สารป้องกันการแข็งตัวของเลือดชนิด K₂EDTA และมี วุ้น เพื่อช่วยแยกเม็ดเลือดแดงออกจากน้ำเหลือง หลังจากปั่นแล้ว</p> <p>๓. มีฉลากติดข้างหลอดระบุชนิดของสารป้องกันการ แข็งตัวของเลือด รายละเอียดรุ่นการผลิต วันหมดอายุและสามารถเขียนข้อมูลต่างๆ บนฉลากได้</p> <p>๑. เป็นชุดตรวจสารเสพติดชนิดกัญชา (Delta-๙- THC-COOH) เชิงคุณภาพชนิดตรวจกรอง (Screening Test) แบบรวดเร็ว</p> <p>๒. ชุดตรวจมีลักษณะเป็นตลับทดสอบ (Cassette)</p> <p>๓. ชุดตรวจใช้หลักการอิมมูโนโครมาโตกราฟีค (Immunochromatographic Assay) แบบ Competitive binding ระหว่าง drug protein conjugate กับ drug</p> <p>๔. ตัวอย่างตรวจเป็นปัสสาวะ (Urine)</p> <p>๕. ชุดตรวจมีค่า detection limit เท่ากับ ๕๐ ng/ml</p> <p>๖. ชุดตรวจมีการใช้ Gold conjugate สำหรับการ เกิดแถบสีในการทดสอบ</p>
๓	THC rapid test	๓๐๐	Test	
๔	Slide frosted (สไลด์ ฝ้า)	๕๐	กล่อง	<p>๑. เป็นแผ่นกระจกขนาด ๒๕.๔x๗๖.๒ มิลลิเมตร โดยมีปลายด้านหนึ่งเป็นกระจกฝ้า บริเวณที่เป็น กระจกฝ้า ต้องสามารถเขียนโดยดินสอได้ชัดเจน ไม่ลอกหลุดได้ง่าย</p> <p>๒. ความหนาของแผ่นกระจก ๑.๒ มิลลิเมตร ± ๐.๒ มิลลิเมตร</p> <p>๓. มีกระดาษคั่นกลางระหว่างแผ่นกระจกทุกแผ่น</p> <p>๔. แผ่นกระจกต้องใสไม่มีรอยขีดข่วน ไม่มีรอยแตก หรือบิ่น ขอบไม่มีความคม ไม่เป็นเชื้อรา</p> <p>๕. มีสารกันความชื้นในกล่องบรรจุภัณฑ์</p> <p>๖. มีพลาสติกหุ้มเฉพาะกล่องบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานสากล CE Mark หรือ US FDA</p>
๕	Immeroil	๑	ขวด	<p>เป็น oil ที่ใช้สำหรับกล้องจุลทรรศน์ มีคุณสมบัติ การ หักเหของแสง ทำให้ภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์มี ความชัดเจนยิ่งขึ้น สามารถเช็ดทำความสะอาดง่าย และไม่เป็นคราบ</p>

๕. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

ส่งมอบพัสดุภายใน.....๓๐.....วันทำการ นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาหรือวันสั่งซื้อสั่งจ้าง

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกโดย เกณฑ์ราคา
๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร
เงินบำรุงโรงพยาบาลแม่จัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๘. งวดงานและการจ่ายเงิน
เบิกจ่ายเมื่อผู้เสนอราคาส่งมอบพัสดุครบถ้วนสมบูรณ์ จำนวน ๑ งวด ไม่เกิน ๙๐ วัน
๙. อัตราค่าปรับ
อัตราค่าปรับส่งมอบล่าช้าร้อยละ ๐.๒๐%

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)



(นางภาวีนี กั่นดอก)
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่กำหนดขอบเขตของงาน